Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Włocławku
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
tel./fax 54 412 94 32, 54 412 94 13

Włocławek, dn. 21.11.2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania na Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (znak sprawy DZP/79/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia Łóżko mechaniczne - 54 szt.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza do zaoferowania łóżka z segmentami leża wypełnionymi sztywnymi tworzywowymi panelami z płyty HPL, łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w podstawę jezdną, wyposażoną w 4 koła z wytrzymałą tworzywową indywidualną blokadą jazdy i obrotu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe zabezpieczające pacjenta na odcinku około 3/4 długości leża, mocowane do ramy leża, nieporuszające się wraz z segmentami leża? Dotyczy punktu 11 oraz 12 tabeli technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, mocowane do ramy leża, nieporuszające się wraz z segmentami leża? Dotyczy punktu 11 oraz 12 tabeli technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne bez uchwytów mogących służyć jako podparcie dla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka z regulowaną wysokością leża w sposób hydrauliczny za pomocą pompy hydraulicznej obsługiwanej dźwignią nożną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka z stałą wysokości leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Szafka przyłóżkowa

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję lekką, kontenerową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym? Oferowane rozwiązanie jest trwalsze od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflady i drzwiczek wyposażone w ergonomiczne i łatwe do pochwycenia uchwyty do otwierania lekko wystające poza obrys szafki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą uchwyty na ręczniki umieszczone z tyłu szafki, bez możliwości ich składania do korpusu szafki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflady i drzwiczek wyposażone w ergonomiczne i łatwe do pochwycenia uchwyty do otwierania, posiadające powierzchnię gładką ułatwiającą czyszczenie, bez antybakteryjnej powłoki z miedzi, tym samym bez certyfikatu w tym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą następujące wymiary: szerokość 425 mm oraz szerokość wraz z mechanizmem blatu bocznego 570 mm, głębokość 440 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) informuje, iż modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.11.2016r. ustalone godziny pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa

lek.med. Krzysztof Szczepański